



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ
«АтомСерт»

Регистрационный номер № РОСС RU.31228.04 ЖРДО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ АС.ОС102.ТУ.00041

Орган по сертификации зданий, сооружений, конструкций, технических устройств:

Общество с ограниченной ответственностью «СейсмЭнергоПроект», РФ, 109147, г. Москва, ул. Марксистская д.22 стр.1, рег. № рег. № АС.ОС.001

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Здание, сооружение, конструкция, техническое устройство:

Расходомеры ультразвуковые FLUXUS серий 5xxx, 6xx, 7xxx, 8xxx.

Разработчик и изготовитель фирма «FLEXIM Flexible Industries GmbH», Германия.

Серийный выпуск

Код ОКП: 421300

Изготовитель: Фирма «FLEXIM Flexible Industries GmbH», Германия.

Заявитель: ООО «Промсенсор», Россия, г. Самара, ул. Воронежская, д.7, офис 14

Соответствует требованиям: ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 16962.2-90, в части стойкости к сейсмическим воздействиям МРЗ интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64 и отметке размещения по высоте в зданиях до +70 м.

Основание выдачи сертификата: протокол аттестации на сейсмостойкость № 01-03-17 от 01.03.2017г. ООО «СейсмЭнергоПроект» (Лицензия № ЦО-02-101-7854 от 28.03.2014г. по 28.03.2019г.)

Дополнительная информация: Схема сертификации 3.

Срок действия сертификата: до 28.02.2020 г.

Дата выдачи: 01.03.2017 г.

**Руководитель органа
по сертификации**



м.п.

Е.А. Радченко